

## **Burkholderia cepacia udbrud i Tyskland - associeret med usterile handsker**

Gennem ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) er Sundhedsstyrelsen blevet orienteret om to nosokomielle udbrud af Burkholderia cepacia i Tyskland. Mindst 5 patienter har fået pneumoni. Undersøgelser har identificeret præ-fugtede handsker som kontaminerede med Burkholderia cepacia.

Handskerne markedsføres ikke som sterile, og det er ikke hensigten, at de skal anvendes til immunkompromitterede patienter. Man mener, at smitten er sket i forbindelse med vask af patienterne

Det drejer sig om følgende produkt: Innovate GmbH, AM Care washing gloves fast&fresh, batch 0816302 and 0821803. Men det kan ikke udelukkes, at andre batches også kan være afficeret.

Handskerne anvendes sandsynligvis ikke i Danmark, men da der endnu ikke er fuld sikkerhed herfor, har Sundhedsstyrelsen valgt at henlede opmærksomhed på denne problematik via DPSD.

Sundhedsstyrelsen den 3.november 2008